

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00108/2019-000

1 - Itens da Licitação

1 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça equipamento laboratório, tipo: elemento dispersor, aplicação: para homogeneizador, material: metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (1)

2 - Peagômetro

Descrição Detalhada: Peagômetro, tipo: portátil, quantidade pontas calibragem: não aplicável un, tipo alimentação: eletricidade, acidez: não aplicável ph, carga elétrica máxima: 1.999 mv, faixa temperatura líquidos: 0 a 100 °c, largura: 300 mm, altura: 67 mm, profundidade: 262 mm, peso: 600 g, tensão alimentação: 117,220 v, faixa medição: -2,000 a 16,000 ph, resolução: 0,1 mv, precisão: -0,2 a 0,2 mv, compensação temperatura: 0 a 100°C (automática), 25°C (fixa), acessórios: eletrodo combinado ph, sonda temperatura,, opcionais: solução tampão ph4, ph7, ph9, solução regeneração, aplicação: medição ph, características adicionais: digital, saída serial conexão impressora serial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (1)

3 - Equipamento , acessório - pavimentação asfáltica

Descrição Detalhada: Equipamento , acessório - pavimentação asfáltica, equipamento , acessorio - pavimentacao - Molde de Compressão - Placa de ruptura - Construída em ferro fundido com guias encamisadas por bucha de latão. Conforme norma DNER-ME 043/95.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (1)

4 - Equipamento compactação asfalto

Descrição Detalhada: Equipamento compactação asfalto, equipamento de compactacao de asfalto - EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO DE ASFALTO Modelo de compactação MARSHALL - Modelo de compactação para preparação de Corpos de Prova de Asfalto para realizar ensaios de estabilidade Marsahall, composto por: colar, cilindro e placa base. Fabricado em aço com tratamento de zinco. De acordo com DNER-ME 043.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (2)

5 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora laboratório, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, tipo : bod, com fotoperíodo, volume: cerca de 350 l, temperatura: controle temperatura até 60 °c, adicional: com vedação, componentes: até 10 prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (1)

6 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 10 peneiras, temporização: temporizador até 30 min, adicional: vibratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (1)

7 - Balança

Descrição Detalhada: Balança, balança - BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁX. 6,2 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, LARGURA APROX. 200 MM, PROFUNDIDADE APROX. 320 MM, ALTURA APROX. 100 MM, PAINEL EM CRISTAL LÍQUIDO, COM ILUMINAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (2)

8 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga, tipo: para tubos, ajuste: digital, microprocessada, volume: até 100 ml, capacidade: até 28 unidades, rotação: até 5000 rpm, temperatura: controle temperatura até 40 °c, temporização: temporizador até 99 min, adicional: alarme balanceamento, componentes: c, adaptadores tubos 10, 15, 50, 100 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (1)

9 - Aquecedor

Descrição Detalhada: Aquecedor, tipo: chapa aquecedora, potência: 1.500 w, aplicação: laboratório, características adicionais: plataforma alumínio 30x50 cm, temperatura 50 a 300°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (2)

10 - Telescópio

Descrição Detalhada: Telescópio, telescópio - Conjunto de telescópio refletor dobsoniano, com as descrições a seguir: OTA: Telescópio Refletor, espelho parabólico com abertura de 8" (203mm) e comprimento focal de 1200mm. Com aumento efetivo (ou potência útil) de 400 vezes ou superior. MONTAGEM: Dobsoniana com ajustes de tensão variável para o tubo poder ter movimentos finos em determinado caso, e em outro para poder ficar bastante estável. FOCALIZADOR: modelo Cryford de 2" com adaptador para 1.25". BUSCADORA: Acromática multirevestida de 8x50 ou superior. OCULARES: Conjunto de 2 oculares Super Plössl multirevestidas, cada uma com distância focal de 10mm e 25mm respectivamente."O conjunto de telescópio refletor dobsoniano deve ser funcional. O espelho primário da OTA deve ser de vidro de borossilicato, multirevestido e com reflectividade de 94% ou superior. Estas características do espelho devem permitir observar objetos celestes com magnitude de até 14,2 e com resolução de 0,57 ou inferior. Espelho secundário com suporte de braços de 0,5mm de máximo de espessura cada um, para reduzir picos de difração e perda de luz. O tubo deve ser metálico com pintura especial acetinada anti-corrosão. O peso do OTA deve ser de 11kg."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (1)

11 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga, tipo: para tubos, microtubos e bolsas, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, volume: até 1000 ml, capacidade: até 6 unidades, rotação: até 5000 rpm, temperatura: controle temperatura até 25 °c, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Paranaíba/MG (1)